



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
3^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
(ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Γρεβενά, 20 Αυγούστου 2019
Αρ.πρωτ: 8308

Διεύθυνση :Διοικητικού
Τμήμα :Οικονομικό
Διεύθυνση :Περιοχή Στρατοπέδου
Τηλέφωνα :24623 50311
FAX :24623 50344

ΠΡΟΣ
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΘΕΜΑ: « ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ MTN ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ (1) ΜΗΝΑ»

Το Γενικό Νοσοκομείο Γρεβενών, σε συνέχεια της υπ' αριθμ 201 ^η /30-07-2019 (θέμα 10^ο) (ΑΔΑ:Ω2ΛΝ4690ΒΨ-ΝΙΑ) Απόφασης Δ.Σ. περί έγκρισης διενέργειας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (με συλλογή κλειστών προσφορών), για την προμήθεια Φίλτρων MTN (CPV33181000-2) με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, προϋπολογισμού δαπάνης 16.060,73€ με ΦΠΑ για χρονικό διάστημα ένα (1) μήνα για το Γ.Ν. Γρεβενών .

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό, θα πρέπει να καταθέσουν την προσφορά τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Τμήμα Γραμματείας (Πρωτόκολλο) του Νοσοκομείου (Περιοχή στρατοπέδου Τ.Κ. 51100 Γρεβενών, 2ος όροφος) **καθώς και φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα** έως την **28^η /08/2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ. .**

Η αποσφράγιση και ο έλεγχος των προσφορών θα γίνει από την επιτροπή του Νοσοκομείου , στις 28/08/2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00.

Ο Διοικητής του Γ.Ν. Γρεβενών

Αλεξιάδης Παντελεήμων

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΙΛΤΡΩΝ

ΕΙΔΟΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΦΙΛΤΡΟΥ	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΦΙΛΤΡΟΥ ΣΕ Μ ²	KUF/ Μ ² Η ML/Η.ΜΜΗG	ΚΟΑ UREA	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΙΑΒΑΤΟΤΗΤΑΣ Β2-Μ	ΕΙΔΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ	ΣΥΝΟΔΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΤΝ	ΠΟΣΟΤ ΗΤΑ
Συνθετική μεμβράνη polyphenylene	1,7	>15	857	αμελητέα	ατμός	Μηχανήματα τεχνητού Νεφρου Nikkiso DBB -05 και DBB -07	70
Συνθετική μεμβράνη low flux polynephron	1,9	>13	>1290	αμελητέα	Ξηρή γ- ακτινοβολία	Μηχανήματα τεχνητού Νεφρου Nikkiso DBB -05 και DBB -07	120
Συνθετική μεμβράνη πολυσουλφόνη dry	2,2	21	>940	μη μετρήσιμη	moist heat	Μηχανήματα τεχνητού Νεφρου Nikkiso DBB -05 και DBB -07	60
Συνθετική μεμβράνη low flux polysulfone rexbrane	1,8	>7.2	>1140	<0,01	γ-ακτινοβολία	Μηχανήματα τεχνητού Νεφρου Nikkiso DBB -05 και DBB -07	72
Συνθετική μεμβράνη low flux polysulfone rexbrane	2,1	>8	>1300	<0,01	γ-ακτινοβολία	Μηχανήματα τεχνητού Νεφρου Nikkiso DBB -05 και DBB -07	36
Συνθετική μεμβράνη Polyester polymer alloy	1,8	>55	>910	0.88	ακτινοβολία	Μηχανήματα τεχνητού Νεφρου Nikkiso DBB -05 και DBB -07	24
Συνθετική μεμβράνη high flux polynephron	1,9	40	>1750	0.8	Ξηρή γ - ακτινοβολία	Μηχανήματα τεχνητού Νεφρου Nikkiso DBB -05 και DBB -07	16
Συνθετική μεμβράνη polyester polymer alloy	2,1	>62	>960	0.88	ακτινοβολία	Μηχανήματα τεχνητού Νεφρου Nikkiso DBB -05 και DBB -07	100
Συνθετική μεμβράνη πολυσουλφόνη Η dry	2,3	60	>1160	0.8	moist heat	Μηχανήματα τεχνητού Νεφρου Nikkiso DBB -05 και DBB -07	36
Συνθετική μεμβράνη Poracton	1,8	30	>1430	0,7	ατμός και θερμή εκπλυση	Μηχανήματα τεχνητού Νεφρου Nikkiso DBB -05 και DBB -07	24

Συνθετική μεμβράνη highflux polysulfone rexbrane	2,1	>42,2	>1560	0,85	γ-ακτινοβολία	Μηχανήματα τεχνητού Νεφρου Nikkiso DBB -05 και DBB -07	36
Συνθετική μεμβράνη ethylene vinyl alcohol copolymer EVOH	1,6	15	824	0,65	γ-ακτινοβολία	Μηχανήματα τεχνητού Νεφρου Nikkiso DBB -05 και DBB -07	54
Συνθετική μεμβράνη ethylene vinyl alcohol copolymer EVOH	1,8	15	824	0,65	γ-ακτινοβολία	Μηχανήματα τεχνητού Νεφρου Nikkiso DBB -05 και DBB -07	53