



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
3^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
(ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Γρεβενά, 02 Απριλίου 2020
Αρ.πρωτ: 3482

Διεύθυνση :Διοικητικού
Τμήμα :Οικονομικό
Διεύθυνση :Περιοχή Στρατοπέδου
Τηλέφωνα :24623 50311
FAX :24623 50344

ΠΡΟΣ
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΘΕΜΑ: « ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ MTN ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ (1) ΜΗΝΑ»

Το Γενικό Νοσοκομείο Γρεβενών, σε συνέχεια της υπ' αριθμ 97 η /30-03-2020 (θέμα 4ο) (ΑΔΑ:6PM54690BΨ-ΓΛ2) Απόφασης Δ.Σ. περί έγκρισης διενέργειας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (με συλλογή κλειστών προσφορών), για την προμήθεια Φίλτρων MTN (CPV33181000-2) με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, προϋπολογισμού δαπάνης 12.487,52€ με ΦΠΑ για χρονικό διάστημα ένα (1) μήνα για το Γ.Ν. Γρεβενών .

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό, θα πρέπει να καταθέσουν την προσφορά τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Τμήμα Γραμματείας (Πρωτόκολλο) του Νοσοκομείου (Περιοχή στρατοπέδου Τ.Κ. 51100 Γρεβενών, 2ος όροφος) **καθώς και φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα έως την 08^η /04/2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30 μ.μ. .**

Η αποσφράγιση και ο έλεγχος των προσφορών θα γίνει από την επιτροπή του Νοσοκομείου , στις 08/04/2020 ημέρα **Τετάρτη** και ώρα 13:00.

Ο Διοικήτρια του Γ.Ν. Γρεβενών

Δρ. Ευτυχία Π. Καπάτου

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΙΛΤΡΩΝ

ΕΙΔΟΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΦΙΛΤΡΟΥ	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΦΙΛΤΡΟΥ ΣΕ Μ ²	ΚΥΦ/ Μ ² Η ΜΛ/Η.ΜΜΗΓ	ΚΟΑ UREA	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΙΑΒΑΤΟΤΗΤΑΣ Β2-Μ	ΕΙΔΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ	ΣΥΝΟΔΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ MTN	ΠΟΣΟΤ ΗΤΑ
Συνθετική μεμβράνη polyphenylene ή ισοδύναμο	1,7	>15	857	αμελητέα	ατμός	Μηχανήματα τεχνητού Νεφρου Nikkiso DBB -05 και DBB -07	42

Συνθετική μεμβράνη low flux polynephron ή ισοδύναμο	1,9	>13	>1290	αμελητέα	Ξηρή γ-ακτινοβολία	Μηχανήματα τεχνητού Νεφρου Nikkiso DBB -05 και DBB -07	139
Συνθετική μεμβράνη polysulfone τύπου VitaSulfone ή ισοδύναμο	1,9	>12	>1160	αμελητέα	Ακτινοβολία (α,Electron beam)	Μηχανήματα τεχνητού Νεφρου Nikkiso DBB -05 και DBB -07	40
Συνθετική μεμβράνη polysulfone dry ή ισοδύναμο	2,2	10	>940	μη μετρήσιμη	moisr heat	Μηχανήματα τεχνητού Νεφρου Nikkiso DBB -05 και DBB -07	120
Συνθετική μεμβράνη polyester polymer alloy ή ισοδύναμο	2,1	>40	>100	0.88	ακτινοβολία	Μηχανήματα τεχνητού Νεφρου Nikkiso DBB -05 και DBB -07	72
Συνθετική μεμβράνη polysulfone τύπου VitaSulfone high flux ή ισοδύναμο	2,1	>38	>1500	0.88	ακτινοβολία	Μηχανήματα τεχνητού Νεφρου Nikkiso DBB -05 και DBB -07	40
Συνθετική μεμβράνη polyester polymer alloy ή ισοδύναμο	1,8	40	>950	0.88	ακτινοβολία	Μηχανήματα τεχνητού Νεφρου Nikkiso DBB -05 και DBB -07	48
Συνθετική μεμβράνη μίγματος high flux polynephron	1,9	40	>1750	0,8	Ξηρή γ-ακτινοβολία	Μηχανήματα τεχνητού Νεφρου Nikkiso DBB-05 και DBB-07	24
Συνθετική μεμβράνη ethylene vinyl alcohol copolymer EVOH ή ισοδύναμο	1,6	15	824	0,65	γ-ακτινοβολία	Μηχανήματα τεχνητού Νεφρου Nikkiso DBB -05 και DBB -07	12