

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

για την συντήρηση και επισκευή του Αξονικού τομογράφου MX 16.

Σήμερα, ημέρα Παρασκευή 17/3/2020 και ώρα 09:00 συνεδρίασε η αρμόδια επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών, η οποία ορίστηκε με την υπ' αριθμ. 41^η/ 05-02-2020 (ΑΔΑ: ΨΟΠ24690ΒΨ-1ΞΓ) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Γρεβενών, αποτελούμενη από τα εξής μέλη:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

- 1) Πύρρο Μιχαήλ (Πρόεδρος)
- 2) Ιντζόγλου Δημήτριο (Μέλος)
- 3) Τζημίρη Δημήτριο (Μέλος)

Μετά από διαλογική συζήτηση, συντάχθηκαν και κατατέθηκαν οι παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές για την συντήρηση και επισκευή του Αξονικού τομογράφου MX 16.

A. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

A) Περιλαμβάνει καθαρισμός, έλεγχος, λίπανση, και ρύθμιση μηχανολογικών τμημάτων.

2. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

A) Περιλαμβάνει έλεγχο και απαραίτητες ρυθμίσεις που να πλήρη τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.



3. Ελεγχός ποιοτικός τις εικόνες βάση προδιαγραφών του κατασκευαστή.

4. Πιστοποίηση ασφαλείας ακτινοβολίας βάση προδιαγραφών του κατασκευαστή.

5. Ρύθμιση παραμέτρων του αξονικού τομογράφου λόγω παλαιότητας η λόγω φορά των τμημάτων.

Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε, αναγνώστηκε από τα μέλη της επιτροπής και υπογράφηκε σε δύο (2) όμοια αντίτυπα.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

1. ΠΥΡΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 
2. ΙΝΤΖΟΓΛΟΥ ΔΗΜ. 
3. ΤΖΗΜΙΡΗ ΔΗΜ. 