



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Γρεβενά: 06.11.2023
Αρ.Πρωτ.: 13084

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ: Οικονομικό ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/ση: Περιοχή Στρατοπέδου
Πληροφορίες: Τζιούφα Ειρήνη
E-mail: prom1@nosgrevenon.gr

ΠΡΟΣ:
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΑΡΙΘΜ. 23/2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΦΟΡΗΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑΣ»
(Του άρθρου 118 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από τον
υπ' αριθμ. Ν.4782 ΦΕΚ Α 36/9.3.2021)

Το Γενικό Νοσοκομείο Γρεβενών έχοντας υπόψη:

1. Το Ν.4782/21(Α'36) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».
2. Το Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147/τ.Α /08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014//24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ) »
3. Τον Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών και διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο - Πρόγραμμα Διαύγεια - και άλλες διατάξεις».
4. Το Ν.3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 134 /18-6-2007) όπως ισχύει σήμερα.
5. Το Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 81 /4-4-2005), όπως ισχύει σήμερα.
6. Την υπ' αριθμ. 267/18η/28-06-2023 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ 6ΨΛΠ4690ΒΨ-ΡΞΥ) Έγκριση διενέργειας διαγωνιστικής διαδικασίας για την προμήθεια **ΜΙΑΣ (1) ΦΟΡΗΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑΣ (CPV: 38434540-3)**.
7. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 10886/18.09.2023 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης και δέσμευση πίστωσης του Νοσοκομείου Γρεβενών (ΑΔΑ ΨΘΣΡ4690ΒΨ-ΙΝΖ) και αριθμός πράξης α/α: 922 .
8. Την υπ' αριθμ. 446/31η/25-10-2023 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ 6ΘΕΛ4690ΒΨ-Θ4Λ) Έγκριση Πρακτικού Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια του είδους: «ΦΟΡΗΤΗ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑ» για την (CPV: 38434540-3).

Απευθύνουμε**Πρόσκληση υποβολής σφραγισμένων προσφορών**

Ανάδειξης αναδόχου για την προμήθεια **μίας (1) ΦΟΡΗΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑΣ (CPV: 38434540-3)**.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την ανωτέρω ανάθεση ανέρχεται στο ποσό των **25.000,00€ με Φ.Π.Α** και βαραίνει την με ΚΑΕ:9749 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2023.

Κριτήριο κατακύρωσης της παρούσας θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) .

Ο φάκελος της προσφοράς υποβάλλεται καθημερινά από τις 8:00 π.μ. έως τις 14:00 μ.μ. στο πρωτόκολλο του Νοσοκομείου Γρεβενών , Περιοχή Στρατοπέδου Γρεβενά, ΤΚ.51100, όπου θα παραληφθεί και θα αποδοθεί στο Γραφείο Προμηθειών.

Η προσφορά υποβάλλεται είτε:

(α) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο του Νοσοκομείου Γρεβενών, είτε

(β) με ταχυδρομική αποστολή μέσω συστημένης επιστολής ή με courier προς την Αναθέτουσα Αρχή του Νοσοκομείου Γρεβενών.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 17/11/2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00

Η προσφορά θα συνοδεύεται και από στοιχεία (έγγραφα, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά) τα οποία θα αποδεικνύουν τη συμμόρφωση προς τις τεχνικές προδιαγραφές. Συγκεκριμένα η προσφορά θα περιέχει τα εξής:

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**Α) «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»**

1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου.

2) Υπεύθυνη δήλωση, για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παρ.1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.

3) Υπεύθυνη Δήλωση, του προσφέροντος στην οποία θα δηλώνεται ότι:

- Αποδέχεται τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με αυτούς.
- Οι τιμές των προσφερομένων υπηρεσιών δεν υπερβαίνουν ή είναι ίσες με τις τιμές που αναγράφονται στο Παρατηρητήριο Τιμών της ΕΚΑΠΥ όπως αυτό ισχύει κατά την ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών, εφόσον υπάρχει.

4) Τεχνική Προσφορά με πλήρη αναλυτική τεχνική περιγραφή για την προσφερόμενη προμήθεια. Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που αναφέρονται στο **Παράρτημα Ι** περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως έγγραφα και δικαιολογητικά (π.χ. φυλλάδια με τα τεχνικά χαρακτηριστικά, πιστοποιητικά, εγχειρίδια, βεβαιώσεις), βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών.

5) Πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ (ασφαλιστική ενημερότητα) εν ισχύ.

6) **Αποδεικτικό ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε** (φορολογική ενημερότητα) εν ισχύ.

Β) «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»

Οικονομική Προσφορά, η οποία θα συνταχθεί σύμφωνα με τον πίνακα στο **Παράρτημα ΙΙ**

Οι τιμές των προσφορών θα εκφράζονται σε ευρώ. Στις τιμές θα συμπεριλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός του ΦΠΑ, ο οποίος θα αναφέρεται ξεχωριστά.

Οικονομική Προσφορά που είναι ανώτερη της προϋπολογισθείσας δαπάνης απορρίπτεται.

Προσφορές που ζητούν την απαλλαγή τους από τις κρατήσεις, δεν γίνονται δεκτές.

Σε περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές.

Η κλήρωση γίνεται ενώπιον των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Ο **τελικός ανάδοχος** προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του ν.4412/2016 θα πρέπει να προσκομίσει κατά την υπογραφή της σύμβασης τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 του ν. 4412/2016.

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Που εκδίδεται έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, γγ) στις περιπτώσεις συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

β. Φορολογική ενημερότητα. (Το παρόν πιστοποιητικό θα πρέπει να ισχύει κατά τον χρόνο υποβολής του).

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα. (άρθρο 80 παρ.2 του ν.4412/2016). Το παρόν πιστοποιητικό θα πρέπει να ισχύει κατά τον χρόνο υποβολής του.

δ. Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ ή το ισχύον καταστατικό της εταιρείας από όπου προκύπτουν τα μέλη και ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας. Το παρόν πιστοποιητικό γίνεται αποδεκτό εφόσον έχει εκδοθεί ως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή του.

ε. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης, η οποία θα καλύπτει **ποσό ίσο με ποσοστό 4%** επί της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το ΦΠΑ.

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά ένα (1) τουλάχιστον μήνα από το συνολικό χρόνο ισχύος της σύμβασης.

Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης των ανωτέρω πιστοποιητικών εντός δέκα (10) ημερών από τη σχετική πρόσκληση ο υποψήφιος ανάδοχος αποκλείεται από τη διαδικασία και καλείται ο αμέσως επόμενος στην κατάταξη των συμμετεχόντων.

Το νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα ματαίωσης /ακύρωσης της διαδικασίας σε οποιαδήποτε φάση αυτής.

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου στη διαδρομή (URL) <http://www.nosgrevenon.gr/ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ>.

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η κατακύρωση γίνεται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισμού γίνεται εγγράφως προς τον επιλεγέντα από την αναθέτουσα αρχή.

Ο ανάδοχος οφείλει να παραδώσει το είδος εντός έξι (6) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και πάντα σε συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Ενστάσεις-προσφυγές κατά της διαδικασίας σύναψης συμβάσεων μέσω της παρούσης πρόσκλησης υποβάλλονται με την διαδικασία που προβλέπεται από τα άρθρα 127,205 & 205Α του ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

1. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημιάς που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάσταση της.
2. Ο Ανάδοχος με την συμμετοχή του δηλώνει ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους που αναφέρονται με τα οποία και συμφωνεί.
3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά την εκτέλεση της σύμβασης να τηρεί τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, οι οποίες έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το Εθνικό Δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του ν.4412/2016.

ΤΟΠΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Ως τόπος παράδοσης ορίζεται η έδρα του Νοσοκομείου: Περιοχή Στρατοπέδου Γρεβενά, ΤΚ.51100.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόσει τη σύμβαση από την υπογραφή της και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και σύμφωνα με όσα αναγράφονται σ' αυτή.

Τα παραδιδόμενα είδη συνοδεύονται απαραίτητα από τιμολόγια ή δελτία αποστολής, αναγράφονται τα χαρακτηριστικά στοιχεία, τον κωδικό αριθμό της σύμβασης, τους κωδικούς αριθμούς της κατάστασης για κάθε είδος την ποσότητα και την τιμή αυτών. Τα άνωθεν παραστατικά θα εκδίδονται προς το Νοσοκομείο.

**Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ
ΤΟΥ Γ.Ν.ΓΡΕΒΕΝΩΝ**

EFTYCHIA KARATOU
07/11/2023 10:48
Δρ. ΕΥΓΥΧΙΑ Π. ΚΑΠΑΤΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΟΡΗΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑΣ

1. Η φορητή θερμοκοιτίδα να είναι χαμηλού βάρους, κατάλληλη για νεογνά και βρέφη.
2. Η θερμοκοιτίδα να είναι τελευταίας τεχνολογίας, αναγνωρισμένου οίκου, με διάφανη καλύπτρα ενισχυμένου ή διπλού τοιχώματος για καλύτερη διατήρηση της θερμοκρασίας στο εσωτερικό μέρος της θερμοκοιτίδας. Η καλύπτρα να παρέχει καλή ορατότητα από όλες τις πλευρές.
3. Η φορητή θερμοκοιτίδα να έχει 4 ανοίγματα για τα χέρια καθώς και ειδικές οπές για την διέλευση καλωδίων ή κυκλωμάτων χωρίς απώλειες. Να διαθέτει μία μεγάλη πόρτα στην μπροστινή πλευρά της θερμοκοιτίδας από όπου να σύρεται προς τα έξω η κλίνη για άμεση πρόσβαση στο νεογνό από τον θεράποντα ιατρό.

Το παραπάνω να πιστοποιείται μέσα από τα επίσημα φυλλάδια ή εγχειρίδια του κατασκευαστικού οίκου.

4. Η φορητή θερμοκοιτίδα να έχει ταχύτητα αέρος περίπου 0,02 m/s.
5. Η θερμοκοιτίδα να λειτουργεί με 220 V/50 Hz, με εξωτερική πηγή 12 V/24 V/DC μέσω ενός καλωδίου. Οι φίσσες σύνδεσης με εξωτερική πηγή ρευματοδότησης AC/DC να είναι συμβατές με τα δίκτυα του Νοσοκομείου και τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Να φέρει ενσωματωμένη (στο σώμα της θερμοκοιτίδας και όχι στην τροχήλατη βάση) επαναφορτιζόμενη μπαταρία συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 3 ωρών.
6. Να προσφερθεί με πτυσσόμενη τροχήλατη βάση του ίδιου κατασκευαστικού οίκου, με δυνατότητα απόσπασης του κυρίου σώματος της θερμοκοιτίδας από αυτήν χωρίς την χρήση εργαλείων. Να έχει δυνατότητα προσαρμογής σε οιαδήποτε φορείο με ειδικούς ιμάντες.
7. Η κεντρική οθόνη ελέγχου της θερμοκοιτίδας να βρίσκεται στο σώμα της θερμοκοιτίδας και σε εμφανές σημείο. Να είναι εύχρηστη και ευανάγνωστη. Επιθυμητό να είναι 4 ιντσών έγχρωμη και με δυνατότητα επιλογής αφής. Να μπορεί να απεικονίζει τα κάτωθι είτε ταυτόχρονα, είτε κατ' επιλογήν.
 - ✓ επιθυμητή θερμοκρασία αέρος εντός της θερμοκοιτίδας
 - ✓ πραγματική θερμοκρασία αέρος εντός της θερμοκοιτίδας
 - ✓ πραγματική θερμοκρασία νεογνού
 - ✓ ποσοστό οξυγόνου «συγκέντρωση» (%) εντός της θερμοκοιτίδας
 - ✓ ποσοστό λειτουργίας του θερμαντικού στοιχείου
 - ✓ Κατάσταση φόρτισης μπαταριών
 - ✓ Ένδειξη λειτουργίας "AC" ή "DC" ή μπαταρία.
8. Να διαθέτει παλμικό οξύμετρο Nellcor ή Masimo, το οποίο να είναι ενσωματωμένο στη θερμοκοιτίδα και να μην αποτελεί εξωτερική συσκευή. Η λειτουργία του να ρυθμίζεται από το κυρίως μενού της θερμοκοιτίδας και να υπάρχει δυνατότητα απεικόνισης των αποτελεσμάτων στην ήδη υπάρχουσα οθόνη.
 - ✓ SpO₂
 - ✓ Καρδιακό ρυθμό
 - ✓ Ρυθμιζόμενους οπτικοακουστικούς συναγερμούς για χαμηλό και υψηλό SPO₂, χαμηλό και υψηλό αριθμό καρδιακού ρυθμού, καθώς επίσης και αποσύνδεση του αισθητήρα SpO₂.
9. Να διαθέτει Οπτικοακουστικούς συναγερμούς (ALARMS) για βλάβες συστήματος και ιδιαίτερα για τις κάτωθι περιπτώσεις:
 - ✓ Υψηλής θερμοκρασίας εντός της θερμοκοιτίδας
 - ✓ Απόκλισης θερμοκρασίας από την ρυθμιζόμενη- επιθυμητή
 - ✓ Χαμηλής μπαταρίας.

- ✓ Βλάβης τροφοδοσίας AC
- ✓ Διακοπής ή βλάβης του αισθητηρίου (Sensor) θερμοκρασίας.
- ✓ Βλάβης ανεμιστήρα κυκλοφορίας αέρος

10. Να έχει είσοδο για εισαγωγή O₂ εντός της θερμοκοιτίδας. Ποσοστό οξυγόνου από 21-55% να μπορεί να επιτυγχάνεται εντός χρονικού διαστήματος ≤ 30 min. Να έχει δυνατότητα ενσωματωμένης απεικόνισης ποσοστού O₂ εντός της θερμοκοιτίδας.
11. Να διαθέτει ειδικό ηλεκτροστατικό φίλτρο για την εισαγωγή του αέρα με επαρκούς αποτελεσματικότητας 0,1μm NaCl 99% για αποφυγή επιμόλυνσης εσωτερικά της θερμοκοιτίδας .
12. Να διαθέτει ενσωματωμένη ειδική λυχνία φωτισμού επαρκούς φωτισμού καθώς και στατό ορού και ένα ράφι στήριξης συσκευών και εξαρτημάτων.
13. Η κλίνη της θερμοκοιτίδας να έχει ειδικές ταινίες συγκρατήσεως του νεογνού
Να προσφέρεται (κατ' επιλογήν) ειδικό στρωματάκι με εσοχή για την τοποθέτηση του νεογνού για την αποφυγή μετακινήσεων του.
14. Στην θερμοκοιτίδα να υπάρχει υποδοχή κατάλληλη για τοποθέτηση και σύνδεση ενός κυλίνδρου O₂. Με την θερμοκοιτίδα να προσφέρεται Φιάλη O₂ 5 λίτρων καθώς και ένας μειωτήρας πίεσης και ροόμετρο.
15. Με το σύστημα να προσφέρονται 5 σετ καλύμματα ακοής για την μείωση θορύβου κατά 7 dB προς των νεογνό. (προαιρετικά).
16. Η θερμοκοιτίδα θα παραδοθεί έτοιμη προς χρήση, με το σύνολο των παρελκόμενων της. Μετατροπές ή μικροϋλικά για την σύνδεση με τα δίκτυα του Νοσοκομείου και του ΕΚΑΒ βαρύνουν τον ανάδοχο.
17. Η θερμοκοιτίδα θα συνοδεύεται από τα απαραίτητα εγχειρίδια χρήσης και συντήρησης κα τα το δυνατόν στα Ελληνικά
18. Η συμμόρφωση με τους παραπάνω όρους θα γίνει με σαφείς παραπομπές σε τεχνικά φυλλάδια και εγχειρίδια και λοιπά μέσα τεκμηρίωσης του κατασκευαστή.

Γενικοί Όροι

1. Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) έτη και να αναφερθεί η ετήσια κοστολόγηση συμβολαίου πλήρους συντήρησης συμπεριλαμβανομένων των ανταλλακτικών, service kits, μπαταριών και εργασίας εκτός αναλωσίμων, καθώς και προληπτικής συντήρησης συμπεριλαμβανομένων των service kits, μπαταριών και εργασίας εκτός ανταλλακτικών και αναλωσίμων της μονάδος, μετά το πέρας της εγγύησης.
2. Να βεβαιώνεται εγγράφως από τον κατασκευαστικό οίκο η διάθεση ανταλλακτικών για μία δεκαετία.
3. Οι συμμετέχοντες να διαθέτουν μόνιμα οργανωμένο τμήμα τεχνικής υποστήριξης και service, καθώς και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, με πιστοποιητικό εκπαίδευσης από τον κατασκευαστικό οίκο για τη συντήρηση των προσφερομένων ειδών.
4. Ο προμηθευτής πρέπει να πληροί τις διατάξεις της Υπουργικής απόφασης ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348 περί «Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων» (ΦΕΚ 32/Β/16.01.2004) και να έχει πιστοποιημένο σύστημα ποιότητας κατά ISO 9001:15, 13485:16 και 14001:2015 για τη διανομή κα την τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού καθώς και την περιβαλλοντική διαχείριση και να είναι εγγεγραμμένος σε εγκεκριμένο Σύστημα Εναλλακτικής

Διαχείρισης (ΑΗΗΕ). Για το λόγο αυτό στις προσφορές θα πρέπει να υπάρχουν συνημμένα έγκυρα πιστοποιητικά από τα οποία να προκύπτει ότι πληρούνται οι όροι της παρούσας παραγράφου.

5. Ο εξοπλισμός είναι σύγχρονης τεχνολογίας, αναγνωρισμένου εργοστασίου και εγκεκριμένου από όλους τους διεθνείς οργανισμούς ασφαλείας. Η προσφορά υποχρεωτικά να συνοδεύεται από πιστοποιητικό CE καθώς και ISO 13485:2016 του κατασκευαστή.
6. Εγκατάσταση & Εκπαίδευση Προσωπικού και Τεχνικής Υπηρεσίας από ειδικευμένο προσωπικό. Να κατατεθούν προς τούτο πιστοποιητικά εκπαίδευσης από τον κατασκευαστικό οίκο.
7. Να συνταχθεί πλήρες, αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης για όλα τα ανωτέρω.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η Οικονομική προσφορά θα συνταχθεί σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Α/Α	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ
1	ΦΟΡΗΤΗ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑ	1			

Σημείωση: Ο Οικονομικός Φορέας βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις υπέρ τρίτων, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επι αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ.

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή.

III. ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Ο υποψήφιος Ανάδοχος συμπληρώνει τον παρακάτω πίνακα συμμόρφωσης με την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1		ΝΑΙ		
2		ΝΑΙ		
...		ΝΑΙ		
...		ΝΑΙ		

Αυτό είναι φύλλο συσχέτισεως της προσφοράς με τις απαιτήσεις των προδιαγραφών της παρούσης διακήρυξης. Στο Φύλλο αυτό θα αναφέρονται με λεπτομέρεια όλες οι υπάρχουσες συμφωνίες ή αποκλίσεις, σε σχέση με τα αναφερόμενα στις επισυναπτόμενες της διακήρυξης τεχνικές προδιαγραφές. Ο οικονομικός φορέας θα πρέπει να απαντά αναλυτικά σε κάθε παράγραφο μια προς μια με την ίδια σειρά και αρίθμηση.