



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Γρεβενά: 28.02.2024
Αρ.Πρωτ.: 2899

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ: Οικονομικό ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/ση: Περιοχή Στρατοπέδου
Πληροφορίες: Τζιούφα Ειρήνη
E-mail: prom1@nosgrevenon.gr

ΠΡΟΣ:
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΑΡΙΘΜ. 08/2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προσφορών για την παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης των Συστημάτων Επεξεργασίας Νερού της MTN, καθώς και συντήρησης των μονάδων αποσκήρυνσης του ηλεκτρικού κλιβάνου του Νοσοκομείου Γρεβενών, για χρονικό διάστημα ένα (1) έτος, με δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) ακόμη έτος, προϋπολογισθείσας ετήσιας δαπάνης «επτά χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ» (7.500,00€) συμπτ. ΦΠΑ 24%, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Το Γενικό Νοσοκομείο Γρεβενών έχοντας υπ' όψη τις παρακάτω διατάξεις, όπως ισχύουν σήμερα:

1. Το Ν.3580/07 (ΦΕΚ Α 134/18-6-2007) «Προμήθειες Φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» .
2. Το Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010).
3. Την αριθμ.Π1/3305 τ.β. ΦΕΚ 1789/12-11-2010 «Σύναψη εκτέλεση και διαδικασίες σύναψης συμβάσεων προμηθειών, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 (παρ.5,12,13 και 16) του Ν.2286/95.
4. Το Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου οικονομικών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 160/Α/8-8-2014).
5. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
6. Το ν.4782/2021 (Α' 36)«Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία.»
7. Το ν. 4622/19 (Α' 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως του άρθρου 37 .
8. Την υπ' αριθμ.: υπ' αριθμ. 59^η/07-02-2024 Απόφασης Δ.Σ. (ΑΔΑ:9Τ414690ΒΨ-ΔΑΛ), περί έγκρισης διενέργειας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, Υπηρεσιών Συντήρησης των συστημάτων επεξεργασίας νερού (ΟΣΜΩΣΗ) της Μ.Τ.Ν. και των μονάδων αποσκήρυνσης του ηλεκτρικού κλιβάνου και του λεβητοστασίου του Νοσοκομείου Γρεβενών,
9. Την υπ' αριθμ αριθμ 41/4655/12-04-2023 Σύμβαση η οποία λήγει στις 31-03-2024.
10. Την υπ' αριθμ. 2510/21-02-2024 εισήγηση της Προϊσταμένης Τεχνικής Υποδιεύθυνσης, προσθήκης στοιχείων στις υφιστάμενες Τεχνικές Προδιαγραφές.

- 11.** Την υπ' αριθμ. 59/07-02-2024 Απόφασης Δ.Σ. (ΑΔΑ:9Τ414690ΒΨ-ΔΑΛ), περί έγκρισης διενέργειας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, Υπηρεσιών Συντήρησης των συστημάτων επεξεργασίας νερού (ΟΣΜΩΣΗ) της Μ.Τ.Ν. και των μονάδων αποσκλήρυνσης του ηλεκτρικού κλιβάνου και του λεβητοστασίου του Νοσοκομείου Γρεβενών, για τις ανάγκες της MTN του Νοσοκομείου Γρεβενών, για χρονικό διάστημα ένα (1) έτος, προϋπολογισθείσας ετήσιας δαπάνης «επτά χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ» (7.500,00€) συμπ. ΦΠΑ 24%, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
- 12.** Το υπ' αριθμ.πρωτ.2510/21-02-2024 εισηγητικό έγγραφο της Προϊσταμένης Υποδιεύθυνσης Τεχνικού του Νοσοκομείου, με θέμα « ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΤΗΣ MTN».
- 13.** Την υπ' αριθμ.πρωτ. 2756/26-02-2024 εισηγήση-τροποποίηση της υπ' αριθμ. 59/2024 Απόφασης Δ.Σ. του Τμήματος Οικονομικού (Γραφείο Προμηθειών) του Νοσοκομείου.
- 14.** Την υπ' αριθμ. 85/26-02-2024 Απόφασης Δ.Σ. (ΑΔΑ:6ΔΠ04690ΒΨΑΓΖ), περί έγκρισης διενέργειας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, Υπηρεσιών Συντήρησης των συστημάτων επεξεργασίας νερού (ΟΣΜΩΣΗ) της Μ.Τ.Ν. και των μονάδων αποσκλήρυνσης του ηλεκτρικού κλιβάνου και του λεβητοστασίου του Νοσοκομείου Γρεβενών, για τις ανάγκες της MTN του Νοσοκομείου Γρεβενών, για χρονικό διάστημα ένα (1) έτος, με δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) ακόμη έτος, προϋπολογισθείσας ετήσιας δαπάνης «επτά χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ» (7.500,00€) συμπ. ΦΠΑ 24%, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
- 15.** Την υπ' αριθμ. πρωτ. 2794/27.02.2024 Απόφαση Ανάλυσης Υποχρέωσης και δέσμευση πίστωσης του Νοσοκομείου Γρεβενών (ΑΔΑ ΡΒ9Δ4690ΒΨ-Ζ94) και αριθμός πράξης α/α: 263 .
- 16.** Την επιτακτική ανάγκη για την παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης των συστημάτων επεξεργασίας νερού (ΟΣΜΩΣΗ) της Μ.Τ.Ν. και των μονάδων αποσκλήρυνσης του ηλεκτρικού κλιβάνου και του λεβητοστασίου του Νοσοκομείου Γρεβενών.

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

κάθε ενδιαφερόμενο σε διαγωνιστική διαδικασία με Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος παροχής υπηρεσιών συντήρησης των συστημάτων επεξεργασίας νερού της MTN καθώς και συντήρησης των μονάδων αποσκλήρυνσης του ηλεκτρικού κλιβάνου και του λεβητοστασίου, για χρονικό διάστημα ένα (1) έτος, με δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) ακόμη έτος, προϋπολογισθείσας ετήσιας δαπάνης «επτά χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ» (7.500,00€) συμπ. ΦΠΑ 24%, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Οι προσφορές θα κατατεθούν στην υπηρεσία απαραίτητα μέχρι και την **Δευτέρα 11.03.2024 έως 14:00 μ.μ. στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Γενικού Νοσοκομείου Γρεβενών**, Περιοχή Στρατοπέδου Γρεβενά, ΤΚ.51100, όπου θα παραληφθεί και θα αποδοθεί στο Γραφείο Προμηθειών.

Η προσφορά υποβάλλεται είτε:

- (α) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο του Νοσοκομείου Γρεβενών, είτε
- (β) με ταχυδρομική αποστολή μέσω συστημένης επιστολής ή με courier προς την Αναθέτουσα Αρχή του Νοσοκομείου Γρεβενών.

Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την Τρίτη 12.03.2024, ώρα 10:00 π.μ. στο Γραφείο Προμηθειών από την Αρμόδια Επιτροπή.

Κατά την αποσφράγιση δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους εφόσον είναι εφοδιασμένοι με σχετική εξουσιοδότηση.

Η υποβολή μόνο μιας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας Του Διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης.

Εν συνεχεία, η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης, σε κλειστή συνεδρίαση, θα προβεί Στην αξιολόγηση των

υποβληθέντων προσφορών και τη σύνταξη του πρακτικού αξιολόγησης, το οποίο και διαβιβάζεται στο Αρμόδιο Όργανο της Αναθέτουσας Αρχή προς επικύρωση.

Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προσφορές που θα έχουν περιέλθει στην Υπηρεσία μέχρι την παραπάνω ημερομηνία και ώρα. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό, χωρίς να αποσφραγισθούν.

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο συνολικό ποσό ετήσιας δαπάνης «επτά χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ» (7.500,00€) συμπ. ΦΠΑ 24%, και με μονομερές δικαίωμα παράτασης για ένα (1) επιπλέον έτος με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου στη διαδρομή (URL) <http://www.nosgrevenon.gr/ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ>.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

A) «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»

- 1) **Υπεύθυνη δήλωση**, για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παρ.1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.
- 2) **Υπεύθυνη Δήλωση**, του προσφέροντος στην οποία θα δηλώνεται ότι:
 - η προσφορά μου πληροί τις απαιτούμενες Τεχνικές Προδιαγραφές του διαγωνισμού,
 - διαθέτω τα απαιτούμενα προσόντα για την εκτέλεση της σύμβασης,
 - η προσφορά ισχύει για διάστημα τουλάχιστον εκατόν ογδόντα (180) ημερών
 - Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή
 - Παραιτούμαι από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή, ακύρωση – ματαίωση του διαγωνισμού.
- 3) **Τεχνική Προσφορά με πλήρη αναλυτική τεχνική περιγραφή** για την προσφερόμενη υπηρεσία. Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που αναφέρονται στο **Παράρτημα Ι, θα κατατεθεί και υπεύθυνη δήλωση όπως εμφανίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄**.
- 4) Ο ανάδοχος να προσκομίσει τουλάχιστον δύο βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης παρόμοιων συμβάσεων σε Μονάδες Επεξεργασίας Νερού σε MTN άλλων Νοσοκομείων.
- 5) Ο ανάδοχος να διαθέτει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας BS EN 9001:2008 και Πρότυπο Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO: 14001:2004.

B) «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»

Οικονομική Προσφορά, η οποία θα συνταχθεί σύμφωνα με τον πίνακα στο **Παράρτημα ΙΙΙ**

Οι τιμές των προσφορών θα εκφράζονται σε ευρώ. Στις τιμές θα συμπεριλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός του ΦΠΑ, ο οποίος θα αναφέρεται ξεχωριστά.

Οικονομική Προσφορά που είναι ανώτερη της προϋπολογισθείσας δαπάνης απορρίπτεται.

Προσφορές που ζητούν την απαλλαγή τους από τις κρατήσεις, δεν γίνονται δεκτές.

Σε περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές.

Η κλήρωση γίνεται ενώπιον των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.

Πριν την διαδικασία του διαγωνισμού οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τον χώρο του Νοσοκομείου και να ενημερωθούν από το Τεχνικό Τμήμα για τυχόν λεπτομέρειες.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Η πληρωμή της αξίας των ανωτέρω υπηρεσιών, θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 4412/08-08-2016 (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών), μετά την υπογραφή του σχετικού πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης και με την προσκόμιση του τιμολογίου και των δελτίων φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. Στα τιμολόγια θα αναφέρεται η τιμή μόνο σε ΕΥΡΩ.
2. Οι προσφορές θα ισχύουν για τουλάχιστον εκατόν ογδόντα (180) ημέρες.
3. Η συναφθείσα σύμβαση θα ισχύει για ένα (1) έτος με μονομερές δικαίωμα παράτασης για ένα (1) επιπλέον έτος.
4. Ο Ανάδοχος υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Νοσοκομείο.
5. Ο χρόνος εκτέλεσης δύναται να είναι άμεσος από την επομένη της υπογραφής του συμφωνητικού.
6. Η κατακύρωση θα γίνει στον Ενδιαφερόμενο που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή σύγκρισης μεταξύ τεχνικά αποδεκτών υπηρεσιών.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Ο **τελικός ανάδοχος** προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του ν.4412/2016 θα πρέπει να προσκομίσει κατά την υπογραφή της σύμβασης τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 του ν. 4412/2016.

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Που εκδίδεται έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, γγ) στις περιπτώσεις συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

β. Φορολογική ενημερότητα. (Το παρόν πιστοποιητικό θα πρέπει να ισχύει κατά τον χρόνο υποβολής του).

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα. (άρθρο 80 παρ.2 του ν.4412/2016). Το παρόν πιστοποιητικό θα πρέπει να ισχύει κατά τον χρόνο υποβολής του.

δ. Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ ή το ισχύον καταστατικό της εταιρείας από όπου προκύπτουν τα μέλη και ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας. Το παρόν πιστοποιητικό γίνεται αποδεκτό εφόσον έχει εκδοθεί ως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή του.

Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης των ανωτέρω πιστοποιητικών εντός δέκα (10) ημερών από τη σχετική πρόσκληση ο υποψήφιος ανάδοχος αποκλείεται από τη διαδικασία και καλείται ο αμέσως επόμενος στην κατάταξη των συμμετεχόντων.

Το νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα ματαίωσης /ακύρωσης της διαδικασίας σε οποιαδήποτε φάση αυτής.

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η κατακύρωση γίνεται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισμού γίνεται εγγράφως προς τον επιλεγέντα από την αναθέτουσα αρχή.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Ενστάσεις-προσφυγές κατά της διαδικασίας σύναψης συμβάσεων μέσω της παρούσης πρόσκλησης υποβάλλονται με την διαδικασία που προβλέπεται από τα άρθρα 127,205 & 205Α του ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και

ισχύουν.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

1. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημιάς που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάσταση της.
2. Ο Ανάδοχος με την συμμετοχή του δηλώνει ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους που αναφέρονται με τα οποία και συμφωνεί.
3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά την εκτέλεση της σύμβασης να τηρεί τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, οι οποίες έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το Εθνικό Δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του ν.4412/2016.

Για ό,τι δεν προβλέπεται στην παρούσα σύμβαση, εφαρμόζονται οι περί προμηθειών του Δημοσίου διατάξεις (Ν.4412/2016), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

**Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ
ΤΟΥ Γ.Ν.ΓΡΕΒΕΝΩΝ**

Δρ. ΕΥΤΥΧΙΑ Π. ΚΑΠΑΤΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Το σύστημα επεξεργασίας νερού της MTN του Νοσοκομείου Γρεβενών αποτελείται από τα παρακάτω:

1. Δεξαμενή αποθήκευσης νερού πόλης
2. Δύο παράλληλα τοποθετημένα πιεστικά συγκροτήματα (το ένα εφεδρικό του άλλου) που τροφοδοτούν τη προεργασία
3. Δύο φίλτρα θολότητας.
4. Αυτόματο Αποσκληρυντή δίδυμο με πίνακα και δοχείο άλμης.
5. Δύο φίλτρα ενεργού άνθρακα.
6. Δύο αντίστροφες οσμώσεις, πλήρεις με πρόφιλτρα (Α΄ και Β΄ όσμωση)
7. Μία δεξαμενή συγκέντρωσης απιονισμένου νερού
8. Δύο ανοξείδωτες αντλίες (η μία εφεδρική της άλλης) τροφοδοσίας της Β΄ όσμωσης
9. Δύο ανοξείδωτες αντλίες (η μία εφεδρική της άλλης) τροφοδοσίας της MTN
10. Δύο Φίλτρα μικροβίων
11. Έναν Αποστειρωτή υπεριώδους ακτινοβολίας UV
12. Έναν πίνακα κίνησης και αυτοματισμών

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ γενικά υποχρεούται:

1. Να εξασφαλίζει την τέλεια, αδιάλειπτη και απρόσκοπτη λειτουργία των εγκαταστάσεων που προαναφέρθηκαν και να είναι σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων καθ' όλο το 24 ωρο και όλες τις ημέρες του έτους, συμπεριλαμβανομένων εορτών, αργιών, κλπ.
2. Να εκτελεί όλες τις αναγκαίες εργασίες για τη συντήρηση των εγκαταστάσεων και την πρόληψη κάθε βλάβης, ζημιάς και κάθε κακής, επισφαλούς ή αντισυμβατικής λειτουργίας τους.
3. Να εκτελεί όλες τις αναγκαίες εργασίες ελέγχων, δοκιμών και μετρήσεων για την ανίχνευση κάθε βλάβης, ζημιάς και κάθε κακής, επισφαλούς ή αντισυμβατικής λειτουργίας τους.
4. Να ανακοινώνει αμέσως στην Υπηρεσία κάθε βλάβη ή ζημιά και θα αποκαθιστά την καλή λειτουργία των εγκαταστάσεων. Η σχετική δαπάνη για την αντιμετώπιση ζημιών, βλαβών και ανταλλακτικών θα βαρύνει το Νοσοκομείο.
5. Να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα και να εκτελεί όλες τις αναγκαίες εργασίες, ώστε η λειτουργία και η ασφάλεια των εγκαταστάσεων να είναι σύμφωνη με τους κανόνες της Τέχνης και της Επιστήμης, τους ισχύοντες Ελληνικούς και Ευρωπαϊκούς κανονισμούς, διατάξεις και νόμους.
6. Να συντάσσει και θα υποβάλλει άμεσα στην Τεχνική Υπηρεσία του Γ.Ν. Γρεβενών, κάθε φορά που αυτό είναι αναγκαίο, πρόγραμμα αναγκαίων εργασιών ή επισκευών για την καλή κατάσταση και λειτουργία των εγκαταστάσεων, με προ μέτρηση των εργασιών και πίνακα των απαιτούμενων υλικών για την εκτέλεσή τους.
7. Να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα και να εκτελεί όλες τις αναγκαίες εργασίες προκειμένου να εξασφαλίζει την καθαριότητα των εγκαταστάσεων και των χώρων αυτών, θα περισυλλέγει τα πάσης φύσεως άχρηστα υλικά ή υπολείμματα εργασιών, να τα απομακρύνει και να τα απορρίπτει σε θέσεις που υποδεικνύονται από το Νοσοκομείο.
8. Να τηρεί και να ενημερώνει ανελλιπώς τα βιβλία ή με όποιο άλλο τρόπο συμφωνηθεί την παρακολούθηση της λειτουργίας και των επισκευών των εγκαταστάσεων.
9. Να προγραμματίζει την προμήθεια πάσης φύσεως αναγκαίων υλικών και μικρό-υλικών για τη λειτουργία και συντήρηση των εγκαταστάσεων και θα ενημερώνει έγκαιρα την Υπηρεσία για την προμήθειά τους.
10. Θα εκτελεί όλες τις αναγκαίες εργασίες για την έκδοση ή ανανέωση αδειών λειτουργίας ή επαναλειτουργίας των εγκαταστάσεων ή πιστοποιητικά κατασκευών, ελέγχων ή επανελέγχων των εγκαταστάσεων

Ειδικότερα, λαμβάνοντας υπόψη το διατιθέμενο ποσό του προϋπολογισμού οι ελάχιστες απαιτήσεις ετήσιας συντήρησης προσδιορίζονται στα κάτωθι:

- Έξι (6) τακτικές επισκέψεις -ανά (2) δύο μήνες- κατά τις οποίες, θα γίνεται έλεγχος σωστής λειτουργίας, ρύθμισης και συντήρησης (όταν απαιτείται) όλων των μερών του συγκροτήματος επεξεργασίας νερού τροφοδοσίας των μηχανημάτων της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού .
- Εκτός των (6) τακτικών επισκέψεων ανά δίμηνο για την συντήρηση, τον τακτικό τεχνικό έλεγχο του εξοπλισμού και των μετρήσεων ποιότητας του παραγόμενου νερού, να προσφερθεί (1) μία επιπλέον έκτακτη επίσκεψη (χωρίς επιπρόσθετη χρέωση) για την κάλυψη έκτακτων περιστατικών εφόσον απαιτηθεί.
- Να εμπεριέχεται η προμήθεια, αποξήλωση και πλήρης αντικατάσταση των υφιστάμενων φίλτρων ενεργού άνθρακα (δύο στήλες) με τις κεφαλές, τα κατάλληλα πρό-φίλτρα, υλικά συμπεριλαμβανομένου της εργασίας πλήρους εγκατάστασης και δοκιμής, όλα συνοδευόμενα από τα αντίστοιχα πιστοποιητικά για την εφαρμογή στη Μονάδα Επεξεργασίας Νερού Μονάδας Τεχνητού Νεφρού.
- Να συμπεριληφθεί η προμήθεια και αντικατάσταση της υφιστάμενης αντλίας μετά όσμωσης σε αντικατάσταση της υφιστάμενης, η οποία έχει τα εξής χαρακτηριστικά: Type: JP5-B-A-CVBP / Model: D46531011P10948 / 50Hz / 3x220 -240 /380-415V/ 2.4A / 780W κατάλληλη για μονάδα επεξεργασίας νερού MTN.
- Να συμπεριληφθεί ο μηχανικός καθαρισμός των πλαστικών δοχείων άλατος του δίδυμου συστήματος αποσκλήρυνσης (δύο δοχεία) και μίας (1) πλαστικής δεξαμενής 1000lt αποθήκευσης και δικτύου διανομής νερού πόλης του σύστημα επεξεργασίας νερού αιμοκάθαρσης μία φορά κατ' έτος.
- Εγκατάσταση δεύτερης συσκευής υπεριώδους ακτινοβολίας με τον κατάλληλο εξοπλισμό μέτρηση UV δόσης, με κατάλληλα πιστοποιητικά για την εφαρμογή στη Μονάδα Επεξεργασίας Νερού Μονάδας Τεχνητού Νεφρού, συνοδευόμενη από δεύτερη ανταλλακτική λυχνία υπεριώδους ακτινοβολίας.
- Κάθε (2) δύο μήνες θα γίνεται έλεγχος των φυσικοχημικών παραμέτρων του νερού (π.χ. πιέσεις εισόδου-εξόδου, αγωγιμότητα, pH, redox, σίδηρος, σκληρότητα, ελεύθερο χλώριο).
- Κατά την ημέρα ελέγχου στη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας θα ελέγχονται όλα τα συστήματα, θα γίνονται οι μετρήσεις και θα συντάσσεται έντυπο δελτίο ελέγχου και μετρήσεων όπου να αναγράφονται όλες οι ενέργειες που έλαβαν χώρα, οι αναγκαίες τοπικές μετρήσεις και τυχόν παρατηρήσεις-σχόλια. Το έντυπο φύλλο ελέγχου θα παραδίδεται στον υπεύθυνο τεχνικό του Νοσοκομείου ή θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά κατόπιν συνεννόησης με την Τεχνική Υπηρεσία.
- Θα διενεργούνται κατ' ελάχιστον δύο (2) απολυμάνσεις της δεξαμενής συλλογής επεξεργασμένου νερού του συστήματος επεξεργασίας νερού καθώς και του δικτύου διανομής στα μηχανήματα της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού –μία ανά εξάμηνο-, εκτός εάν ειδικό εξωγενές συμβάν απαιτήσει πρόσθετη απολύμανση. Το κόστος επιπρόσθετης απολύμανσης να αναφερθεί στην προσφορά και να είναι δεσμευτικό μέχρι την ολοκλήρωση της σύμβασης.
- Μετά την απολύμανση θα λαμβάνονται τα απαραίτητα δείγματα μικροβιακού ελέγχου και θα εκδίδεται πιστοποιητικό απολύμανσης του δικτύου. Θα διενεργούνται κατ' ελάχιστο 4 δειγματοληψίες κατ' έτος (2 ανά εξάμηνο). Μετά την απολύμανση η μονάδα δίνεται σε λειτουργία εφόσον απαλειφθεί και το τελευταίο ίχνος απολυμαντικού διαλύματος.
- Καθαρισμός των μεμβρανών των οσμώσεων από ανόργανα και οργανικά κατάλοιπα όταν απαιτείται.
- Όταν απαιτείται θα διενεργείται έλεγχος και αλλαγή των προ-φίλτρων των συσκευών αντίστροφης όσμωσης (κατ' ελάχιστον ανά δύο μήνες).

- Οι υπηρεσίες συντήρησης και απολύμανσης θα παρέχονται σε ημέρα και ώρα, αφού προηγηθεί συνεννόηση από κοινού του αναδόχου, της MTN και της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου και με την αποστολή ηλεκτρονικής ειδοποίησης (e-mail) στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της Τεχνικής Υπηρεσίας texn1@nosgrevenon.gr ή texnypod@nosgrevenon.gr
- Οι έκτακτες επεμβάσεις των τεχνικών του αναδόχου θα γίνονται κατόπιν από κοινού συνεννόησης της Τεχνικής Υπηρεσίας, της MTN και του αναδόχου. Ο χρόνος μετάβασης προσδιορίζεται εντός 24 ωρών (το μέγιστο) μετά από τηλεφωνική ή έγγραφη ή ηλεκτρονική ενημέρωση του αναδόχου σε περίπτωση έκτακτου συμβάντος. Εντός της τεχνικής προσφοράς να αναφερθεί το κόστος για κάθε έκτακτη παρέμβαση, το οποίο θα είναι δεσμευτικό μέχρι την ολοκλήρωση της σύμβασης.
- Εκπαίδευση του τεχνικού προσωπικού του νοσοκομείου σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης για άμεση επέμβαση σχετικά με τους απαραίτητους έκτακτους χειρισμούς κατόπιν τηλεφωνικών οδηγιών από τον ανάδοχο και με ευθύνη του, έως ότου μεταβεί ο ανάδοχος στον χώρο.
- Ενημέρωση του προσωπικού της τεχνικής υπηρεσίας του νοσοκομείου για τη τήρηση των οδηγιών συντήρησης και χρήσης του συστήματος.
- Να δοθεί λίστα απαραίτητων καθημερινών ελέγχων που θα διενεργούνται από το τεχνικό προσωπικό του νοσοκομείου με τα μέσα που ήδη διαθέτει το νοσοκομείο.
- Προμήθεια αξιόπιστων υλικών κατάλληλων για χρήση σε συστήματα επεξεργασίας νερού για ιατρική χρήση αλλά και για το υφιστάμενο σύστημα, ώστε να διασφαλίζεται η μακρόχρονη απρόσκοπτη λειτουργία του συστήματος.
- Άμεση αποστολή εγγραφών προσφορών για προμήθεια υλικών, συσκευών και αναλώσιμων για τη διεκπεραίωση των εργασιών συντήρησης- αναβάθμισης, από τη στιγμή καταγραφής της ανάγκης στο τεχνικό φυλλάδιο (εκτός αιτιολογημένων περιπτώσεων). Για την προμήθεια των πέρα των συμφωνηθέντων υλικών θα πρέπει να προηγείται αποδοχή από το μέρος του νοσοκομείου, κατόπιν ελέγχου τιμής.
- Ο ανάδοχος παρέχει ενημέρωση στους τεχνικούς που εκτελούν τις εργασίες και εξασφαλίζει τη τήρηση των κανόνων ασφάλειας από αυτούς για εργασία στους χώρους του νοσοκομείου. Έχει την ευθύνη για τους εργαζόμενους τεχνικούς, τις συσκευές, και τα υλικά κατά τη διάρκεια των επισκέψεων παρέχοντας κάλυψη για κάθε σφάλμα, φθορά βλάβη στα υλικά ή και στο προσωπικό.

Στα πλαίσια της προληπτικής συντήρησης ο ανάδοχος επωμίζεται το κόστος των παρακάτω:

- Προμήθεια και εγκατάσταση 24 ανταλλακτικών προ-φίλτρων συσκευών αντιστρόφων οσμώσεων (ανά δύο μήνες)
- Προμήθεια και εγκατάσταση τεσσάρων (4) μικροβιοκρατών νερού (δύο ανά εξάμηνο)
- Προμήθεια και εγκατάσταση (2) δύο λαμπτήρων UV για το υπάρχον σύστημα.
- Προμήθεια χημικών που απαιτούνται για τη διενέργεια του καθαρισμού και της απολύμανσης των μεμβρανών αντίστροφης όσμωσης, των δεξαμενών και του δικτύου
- Διενέργεια των παραπάνω καθαρισμού και απολύμανσης.

Για κάθε υλικό που χρησιμοποιείται να παρέχεται εγγύηση αντικατάστασης 12μηνών για κατασκευαστικό σφάλμα.

Για επισκευές να παρέχεται η εγγύηση καλής λειτουργίας 6 μηνών, δεδομένου της καλής χρήσης και συμμόρφωσης με τις οδηγίες του αναδόχου.

Ετήσια συντήρηση των μονάδων επεξεργασίας νερού του ατμολέβητα και chiler στο χώρο του λεβητοστάσιου καθώς και του ηλεκτρικού κλιβάνου στην κεντρική αποστείρωση, λόγω ομοειδής αντικειμένου.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ ⁽¹⁾ :									
Ο – Η Όνομα:				Επώνυμο:					
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:									
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:									
Ημερομηνία γέννησης ⁽²⁾ :									
Τόπος Γέννησης:									
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:				Τηλ:					
Τόπος Κατοικίας:			Οδός			Αριθ:		ΤΚ:	
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):				Δ/ση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (Email):					

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις ⁽³⁾, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι μέχρι την ημέρα υποβολής – αποστολής της προσφοράς μου:

- 1) Έλαβα γνώση και αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διαδικασίας για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης των συστημάτων επεξεργασίας νερού της MTN καθώς και συντήρησης των μονάδων αποσκληρυνσης του ηλεκτρικού κλιβάνου και του λεβητοστάσιου του Γενικού Νοσοκομείου Γρεβενών.
- 2) Δεν τελώ σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.
- 3) Δεν έχω καταδικασθεί με τελεσίδικη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην παρ.1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.
- 4) Είμαι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις μου, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.
- 5) Δεν τελώ σε κάποια από τις αναφερόμενες περιπτώσεις της παρ. 4 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 ή ανάλογες καταστάσεις,
- 6) Δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί στη λειτουργία της επιχείρησής και δεν μου έχει επιβληθεί η ποινή του αποκλεισμού από διαγωνισμούς, με αμετάκλητη Υπουργική απόφαση, η οποία βρίσκεται σε ισχύ.
- 7) Είμαι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 75 του Ν.4412/2016.
- 8) Πληρώ τα κριτήρια επιλογής, έτσι όπως έχουν καθοριστεί στη διακήρυξη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.4412/2016
- 9) Δεν έχουν εκδοθεί σε βάρος της εταιρείας μας Πράξεις Επιβολής προστίμου για παραβίαση των εργασιακών σχέσεων (άρθρα 73 & 80 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- 10) Αναλαμβάνω την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών του άρθρου 80 του Ν.4412/2016, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 103 του ίδιου Νόμου, σε όποιο στάδιο της διαδικασίας μου ζητηθούν.

Ημερομηνία:

Ο/Η Δηλ.....

(Υπογραφή)

- (1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
- (2) Αναγράφεται ολογράφως.
- (3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
- (4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.

Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση καθώς και όλα τα σχετικά έγγραφα υπογράφονται (για τα νομικά πρόσωπα) από τον εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα. Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησης του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η Οικονομική προσφορά θα συνταχθεί σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

A/A	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΔΟΥΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ
1				

Σημείωση: Ο Οικονομικός Φορέας βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις υπέρ τρίτων, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ' αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ.

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή.