

Πρακτικό Τεχνικών Προδιαγραφών Πολυθρόνας BOOM Γυναικολογικής με Αφαιρούμενη Προέκταση για ΑΜΕΑ

Σήμερα, ημέρα Τετάρτη 29/10/2025, κατόπιν της υπ'αριθμ.13136/29-10-2025 Πρόσκλησης σε συνεδρίαση της αρμόδιας επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών σε συνέχεια της υπ' αριθμ. 288/2025 (αριθμ. πρωτ.13131/24-10-2025 και 27-10-2025 ορθή επανάληψη) Απόφαση του Γραφείου Διοικήτριας, η επιτροπή αποτελείται από:

Τακτικά Μέλη

1. Τζήμος Νικόλαος, ΤΕ Ηλεκτρονικών, ως πρόεδρος
2. Μπρασινίκα Μαρία, ΠΕ Μηχανικών, ως μέλος
3. Πεϊτσίδης Νικόλαος, Επιμ. Α' Μαιευτικής- Γυναικολογίας, ως μέλος

συνεδρίασε και συνέταξε τις παρακάτω Τεχνικές προδιαγραφές για Πολυθρόνα BOOM Γυναικολογικής με Αφαιρούμενη Προέκταση για ΑΜΕΑ.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. Γενικά χαρακτηριστικά

- Η πολυθρόνα να είναι ηλεκτροκίνητη, σύγχρονου σχεδιασμού, κατάλληλη για γυναικολογικές εξετάσεις και μικροεπεμβάσεις, καθώς και για χρήση από ΑΜΕΑ.
- Να αποτελείται από τουλάχιστον δύο (2) τμήματα (πλάτης και λεκάνης) και προαιρετικά αφαιρούμενο τμήμα ποδιών.
- Ο σκελετός να είναι μεταλλικός (π.χ. χάλυβας) με ανθεκτική ηλεκτροστατική βαφή και καλύμματα από ABS ή ισοδύναμο θερμοδιαμορφωμένο πλαστικό για εύκολο καθαρισμό.
- Η επιφάνεια επένδυσης να είναι αντιβακτηριακή/αντιμικροβιακή, αντιαλλεργική, αδιάβροχη, χωρίς ραφές, ανθεκτική σε κοινά καθαριστικά και απολυμαντικά, και να διατίθεται σε ποικιλία χρωμάτων.

2. Ηλεκτρικές κινήσεις – ρυθμίσεις

- Οι παρακάτω κινήσεις να πραγματοποιούνται ηλεκτρικά μέσω ηλεκτροκινητήρων χαμηλής τάσης:
 - Ρύθμιση ύψους: περίπου από 55 έως 104 cm.

- Ρύθμιση κλίσης πλάτης: τουλάχιστον από 0° έως 60°.
 - Ρύθμιση καθίσματος / λεκάνης: περίπου από -10° έως +20°.
 - Trendelenburg: τουλάχιστον 10°.
 - Reverse Trendelenburg: επιθυμητό (προαιρετικά αποδεκτό).
 - Η ρύθμιση να γίνεται μέσω ενσύρματου χειριστηρίου και ποδοδιακόπτη.
 - Ο ποδοδιακόπτης να έχει βαθμό προστασίας IPX4 ή ανώτερο
 - Να διαθέτει εφεδρική μπαταρία για εκτέλεση κινήσεων σε περίπτωση διακοπής ρεύματος (επιθυμητό χαρακτηριστικό).
-

3. Διαστάσεις και αντοχή

- Διαστάσεις: περίπου 1500–1800 mm μήκος x 750–800 mm πλάτος (±5%).
 - Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος ασθενούς: τουλάχιστον 200 kg
 - Να φέρει βάση εργονομικού σχήματος για εύκολη πρόσβαση και καθαρισμό.
-

4. Εξαρτήματα και παρελκόμενα

- Ζεύγος στηριγμάτων ποδιών τύπου Goepel (ή ισοδύναμα), ρυθμιζόμενα.
 - Σκαλοπάτι (step) για εύκολη πρόσβαση ασθενών, περιστρεφόμενο ή αναδιπλούμενο.
 - Λεκάνη συλλογής υγρών από ανοξείδωτο ατσάλι, χωρητικότητας τουλάχιστον 2,4 L (επιθυμητά έως 4 L).
 - Υποδοχή ή μηχανισμός για χαρτοσέντονο/ρολό χαρτιού.
 - Ράγες για τοποθέτηση παρελκομένων (π.χ. στατώ ορού)
 - Ενσωματωμένοι τροχοί για μετακίνηση με μηχανισμό κεντρικού κλειδώματος.
 - Μαξιλάρι κεφαλής για άνεση ασθενούς.
 - Φωτισμός LED ενσωματωμένος (προαιρετικά).
 - Υποδοχή για στατώ ορού – να παρέχεται 1 τεμάχιο.
-

5. Ηλεκτρικά – Ασφάλεια

- Τροφοδοσία: 230V / 50–60 Hz.
 - Βαθμός προστασίας: τουλάχιστον IPX4.
 - Να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/745 για ιατροτεχνολογικά προϊόντα.
 - Να φέρει σήμανση CE.
-

6. Πιστοποιήσεις κατασκευαστή & προμηθευτή

- Ο κατασκευαστικός οίκος να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001 και ISO 13485.
 - Η προμηθεύτρια εταιρεία να διαθέτει τα εξής πρότυπα (ή ισοδύναμα):
 - ISO 9001 (Ποιότητα)
 - ISO 13485 (Ιατροτεχνολογικά προϊόντα)
 - ISO 14001 (Περιβάλλον)
 - ISO 27001 (Ασφάλεια δεδομένων)
 - ISO 37001 (Αντιδωροδοκία) – επιθυμητό
 - ISO 27701 (Προστασία ιδιωτικότητας) – επιθυμητό
 - Να πληροί την Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ./1348/04.
 - Να είναι ενταγμένη σε σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΗΗΕ σύμφωνα με το Π.Δ. 117/2004 ή τον Ν.4819/2021.
-

7. Παράδοση – Εγγύηση – Τεκμηρίωση

- Εγγύηση καλής λειτουργίας: τουλάχιστον δύο (2) έτη.
- Διαθεσιμότητα ανταλλακτικών: για τουλάχιστον δέκα (10) έτη.
- Να κατατεθεί φύλλο συμμόρφωσης με παραπομπές στα επίσημα φυλλάδια του κατασκευαστή.
- Να συνοδεύεται από εκπαίδευση χρηστών και τεχνικών κατά την εγκατάσταση.
- Χρόνος παράδοσης: έως 60 ημέρες από την υπογραφή σύμβασης.

Η επιτροπή

4. Τζήμος Νικόλαος, ΤΕ Ηλεκτρονικών, ως πρόεδρος

5. Μπρασινίκα Μαρία, ΠΕ Μηχανικών, ως μέλος

6. Πεϊτσίδης Νικόλαος, Επιμ. Α' Μαιευτικής- Γυναικολογίας, ως μέλος

3η Υ.ΠΕ. (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)-Γ.Ν.ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
ΠΕΙΤΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Α'
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ
Α.Μ. ΤΣΑΥ:143866 ΑΜΚΑ:27059000615